

1. 水文院

(1) 2025030-001-208: 化学品试剂标签脱落模糊, 未及时补上。

2. 海洋学院

(1) 2025031-001-110: 使用完的一次性手套随意放置, 未放入危险废弃物回收箱。

(2) 2025031-002-110: 化学品应有专用存放空间并科学有序存放, 不得随意摆放。

(3) 2025031-003-110: 洗眼装置点检记录不全。

(4) 2025031-004-110: 化学品试剂标签脱落模糊, 未及时补上。

(5) 2025031-005-211: 洗眼装置点检记录不全, 且周围有杂物遮挡。

(6) 2025031-006-211: 使用完的一次性手套随意放置, 未放入危险废弃物回收箱。

(7) 2025031-007-211: 化学品应有专用存放空间并科学有序存放, 不得随意摆放。

(8) 2025031-008-112: 实验室内饮食、台面杂乱。

(9) 2025031-009-112: 急救箱被遮挡。

(10) 2025031-010-112: 插线板未固定。

(11) 2025031-011-213: 高温设备周围有易燃物。

(12) 2025031-012-213: 压力容器设备状态标识不规范。

3. 土木院

(1) 2025032-001-111: 室内气瓶无有效二维码, 已过期, 建议尽快处理。

(2) 2025032-002-121: 安全信息牌有误, 为红色, 请及时张贴正确信息牌。

(3) 2025032-003-109: 插线板未有效固定。

4. 环境学院

(1) 2025033-001-B124-1、B124-4、B124-6: 试剂或样品无标签/标签不规范。饮料瓶未去除原包装。

(2) 2025033-002-B124-4、B124-6: 实验废弃物应按照规定分类收集, 及时处理。

- (3) 2025033-003- B124-6: 气瓶状态与挂牌不符。
- (4) 2025033-004- B124-1: 危废区标识未更新。
- (5) 2025033-005- B223: 配电箱被遮挡。
- (6) 2025033-006- B223: 试剂或样品无标签/标签不规范。饮料瓶未去除原包装。
- (7) 2025033-007- B223: 物品杂乱。
- (8) 2025033-008- B225-2: 冰箱周边杂物堆积。
- (9) 2025033-009- B225-4: 气瓶状态与挂牌不符。
- (10) 2025033-010- B225-3: 冰箱周边杂物堆积。高温设备旁放杂物。
- (11) 2025033-011- B225-3: 物品杂乱。
- (12) 2025033-012- B225-6: 试剂或样品无标签/标签不规范。饮料瓶未去除原包装。
- (13) 2025033-013- B225-6: 实验废弃物应按照规定分类收集, 及时处理。
- (14) 2025033-014- B225-5: 电线接线不当。
- (15) 2025033-015- B225-5: 易燃药品存放不当。
- (16) 2025033-016- B225-5: 管制化学品台账缺签名。
- (17) 2025033-017- B341-1: 洗眼器被物品遮挡, 不便取用。
- (18) 2025033-018- B341-4: 试剂或样品无标签/标签不规范。饮料瓶未去除原包装。
- (19) 2025033-019- B341-4: 气瓶未固定。
- (20) 2025033-020- B341-4: 危废区标识未更新。
- (21) 2025033-021- B341-4: 物品杂乱, 妨碍化学品柜使用。
- (22) 2025033-022- B341-2: 冰箱周边杂物堆积。高温设备旁放杂物。
- (23) 2025033-023- B341-2: 易燃品存放不当。
- (24) 2025033-024- B341-2: 物品杂乱。
- (25) 2025033-025- B341-2: 试剂或样品无标签/标签不规范。
- (26) 2025033-026- B341-3: 物品杂乱。
- (27) 2025033-027- B341-3: 试剂或样品无标签/标签不规范。样品容器不当。
- (28) 2025033-028- B341-3: 易燃药品等存放不当。
- (29) 2025033-029- D407: 物品杂乱。
- (30) 2025033-030- D407: 使用旧国标接线板。配电箱敞开。
- (31) 2025033-031- D405: 冰箱上堆积杂物。

- (32) 2025033-032- D405: 灭火毯未挂起。
- (33) 2025033-033- D405: 物品杂乱。
- (34) 2025033-034- D405: 高温设备缺警示标识。
- (35) 2025033-035- D406: 易燃药品等存放不当。
- (36) 2025033-036- D406: 实验废弃物应按照规定分类收集, 及时处理。
- (37) 2025033-037- D402: 物品杂乱。
- (38) 2025033-038 D402: 试剂或样品无标签/标签不规范。饮料瓶未去除原包装。
- (39) 2025033-039- D402: 通道不畅。
- (40) 2025033-040- D402: 使用旧国标接线板。
- (41) 2025033-041- D401: 易燃药品等存放不当。
- (42) 2025033-042- D401: 试剂或样品无标签/标签不规范。
- (43) 2025033-043- D401: 实验废弃物应按照规定分类收集, 及时处理。
- (44) 2025033-044-403: 物品杂乱。
- (45) 2025033-045-403: 未按可燃气体气瓶要求设置, 不满足消防要求, 缺相应气体检测报警装置。
- (46) 2025033-046- D404: 危废区标识未更新。
- (47) 2025033-047- D404: 气瓶未计入台账中, 未使用中气瓶缺气瓶帽。
- (48) 2025033-048- D306: 灭火器未定期检查记录。
- (49) 2025033-049- D303: 试剂或样品无标签/标签不规范。饮料瓶未去除原包装。
- (50) 2025033-050- D303: 灭火毯未挂起。
- (51) 2025033-051- D303: 使用旧国标接线板。
- (52) 2025033-052- D304: 开门不畅, 灭火器箱被遮挡。
- (53) 2025033-053- D304: 物品杂乱。
- (54) 2025033-054- D304: 危废超出危废区范围, 缺必要防溢漏托盘。
- (55) 2025033-055- D302: 灭火器箱被遮挡。
- (56) 2025033-056- D302: 化学品柜标识不当, 所存非易燃液体。
- (57) 2025033-057- D302: 室内饮食。
- (58) 2025033-058- D307: 接线板落地。

- (59) 2025033-059- D203: 饮料瓶未去除原包装。
- (60) 2025033-060- D203: 药品存放不当。
- (61) 2025033-061- D204-2: 试剂或样品无标签/标签不规范。饮料瓶未去除原包装。
- (62) 2025033-062- D204-2: 灭火器箱被遮挡。灭火器未定期检查记录。灭火毯异常。
- (63) 2025033-063- D204-2: 物品杂乱。
- (64) 2025033-064- D204-1: 通道不畅。
- (65) 2025033-065- D204-1: 高温设备上放杂物。
- (66) 2025033-066- D204-1: 试剂或样品无标签/标签不规范。
- (67) 2025033-067- D204-1: 利器盒过满, 位置不当。
- (68) 2025033-068- D202: 开门不畅。
- (69) 2025033-069- D202: 使用旧国标接线板
- (70) 2025033-070- D202: 物品杂乱, 台面脏。
- (71) 2025033-071- C205: 危废区杂乱。
- (72) 2025033-072- C205: 开门不畅。
- (73) 2025033-073- C205: 易燃药品等存放不当。
- (74) 2025033-074- C205: 实验废弃物应按照规定规范分类收集, 及时处理。
- (75) 2025033-075- C205: 物品杂乱。
- (76) 2025033-076- C205: 洗眼器缺定期检查记录。
- (77) 2025033-077- C205: 试剂或样品无标签/标签不规范。
- (78) 2025033-078- E103: 接线板未固定。
- (79) 2025033-079- E106: 物品杂乱。
- (80) 2025033-080- E105: 通道不畅。后门被杂物遮挡。
- (81) 2025033-081- E105: 物品杂乱。
- (82) 2025033-082- E108: 物品杂乱。
- (83) 2025033-083- E108: 试剂或样品无标签/标签不规范。饮料瓶未去除原包装。
- (84) 2025033-084- E108: 实验废弃物应按照规定规范分类收集, 及时处理。
- (85) 2025033-085- E107: 通道不畅。
- (86) 2025033-086- E107: 物品杂乱。
- (87) 2025033-087- E112: 药品存放不当, 倒放。

- (88) 2025033-088- E111: 物品杂乱。
- (89) 2025033-089- E111: 药品存放不当。试剂或样品无标签/标签不规范。
- (90) 2025033-090- E111: 高温设备位置不当, 周边杂物堆积。
- (91) 2025033-091- E111: 气瓶未锁。
- (92) 2025033-092- E201: 灭火毯未挂起。
- (93) 2025033-093- E201: 气瓶未锁。
- (94) 2025033-094- E201: 物品杂乱。
- (95) 2025033-095- E205: 后门被杂物遮挡。
- (96) 2025033-096-严恺馆实验大厅 101: 废液专用桶应贴好相应标签, 且放入指定危废暂存区。
- (97) 2025033-097-严恺馆实验大厅 101: 灭火器检查记录不全。